




Certificat de conformité No 116-03117

Remplace le certificat de conformité No 116-02918

<i>Objet</i>	Luminaire d'éclairage médical avec téléviseur HD
<i>Type</i>	Avisio-LED D65 / Ref. AV/600/LD, No 07161543 Dimensions (L x l x h) : 1650 mm x 634 mm x 132 mm
<i>Alimentation</i>	Inclus dans le luminaire
<i>Requérant</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Exigences</i>	Conformité à la chromaticité de l'illuminant normalisé CIE D ₆₅ , selon la norme BS 950-1 : 1967.
<i>Confirmation</i>	Selon le rapport technique METAS 116-02912 du 29 avril 2016, le luminaire d'éclairage Avisio-LED D65 est conforme à la chromaticité de l'illuminant normalisé CIE D ₆₅ , selon la norme BS 950-1 : 1967
<i>Date de l'examen</i>	27.04.2016

3003 Bern-Wabern, le 18 novembre 2016

Pour l'examen


Beat Imhof

Domaine longueur, optique et temps


Dr Rudolf Thalmann, chef de domaine