




## Certificat de conformité No 116-03019

<i>Objet</i>	<b>Luminaire d'éclairage médical</b>
<i>Type</i>	Ka-Ray, n° de série 10160302  Dimensions (L x l x h) : 595 mm x 595 mm x 85 mm
<i>Alimentation</i>	Inclus dans le luminaire
<i>Requérant</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Exigences</i>	Certificat de conformité à la norme internationale IEC 62471:2006 (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)
<i>Confirmation</i>	Selon le rapport technique METAS 116-03010 du 22 août 2016, le luminaire d'éclairage Ka-Ray est classifié dans le « Groupe sans risque ». Il peut être considéré comme étant sûr en ce qui concerne les risques photo-biologiques. Une lésion de la rétine par la lumière bleue émise est exclue.
<i>Date de l'examen</i>	16.08.2016


3003 Bern-Wabern, le 22 août 2016

Pour l'examen



Beat Imhof

Domaine longueur, optique et temps



Dr Rudolf Thalmann, chef de domaine