



Certificat de conformité No 116-03260

<i>Objet</i>	Appareil d'éclairage médical
<i>Type</i>	NANO, n° de série 13160051 / NA/150/LD Dimensions (L x l x h) : 1280 mm x 416 mm x 54 mm
<i>Alimentation</i>	Inclus dans le luminaire
<i>Requérant</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Exigences</i>	Conformité à la norme internationale IEC 62471:2006 <i>Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes</i>
<i>Confirmation</i>	Selon le rapport technique METAS 116-03245 du 2 mars 2017, le luminaire d'éclairage NANO est classifié dans le « Groupe sans risque ». Il peut être considéré comme étant sûr en ce qui concerne les risques photo-biologiques. Une lésion de la rétine par la lumière bleue émise est exclue.
<i>Date de l'examen</i>	01.03.2017

3003 Bern-Wabern, le 2 mars 2017

Pour l'examen

Domaine longueur, optique et temps


Beat Imhof



Dr Rudolf Thalmann, chef de domaine