



## Certificat de conformité No 116-02938

<i>Objet</i>	<b>Luminaire d'éclairage médical avec téléviseur HD</b>
<i>Type</i>	Avisio-LED D65 / Ref. AV/600/LD, No 07161543 Dimensions (L x l x h) : 1650 mm x 634 mm x 132 mm
<i>Alimentation</i>	Inclus dans le luminaire
<i>Requérant</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Exigences</i>	Certificat de conformité à la norme internationale IEC 62471:2006 (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)
<i>Confirmation</i>	Selon le rapport technique METAS 116-02931 du 24 mai 2016, l'appareil d'éclairage Avisio led D65, est classifié dans le groupe « Groupe sans risque ». Il peut être considéré comme étant sûr en ce qui concerne les risques photo-biologiques. Une lésion de la rétine par la lumière bleue émise est exclue.

3003 Bern-Wabern, le 24 mai 2016

Pour l'examen

Beat Imhof

Domaine longueur, optique et temps

Dr Rudolf Thalmann, chef de domaine