




Certificat de conformité No 116-03111

<i>Objet</i>	Appareil d'éclairage médical
<i>Type</i>	CHROM-NT, n° de série 12160051 / CH/100/NT Dimensions (L x l x h) : 1537 mm x 635 mm x 110 mm
<i>Alimentation</i>	Inclus dans le luminaire
<i>Requérant</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Exigences</i>	Conformité à la chromaticité de l'illuminant normalisé CIE D ₆₅ , selon la norme BS 950-1 : 1967.
<i>Confirmation</i>	Selon le rapport technique METAS 116-03110 du 18 novembre 2016, le luminaire d'éclairage CHROM-NT est conforme à la chromaticité de l'illuminant normalisé CIE D ₆₅ , selon la norme BS 950-1 : 1967
<i>Date de l'examen</i>	17.11.2016

3003 Bern-Wabern, le 18 novembre 2016

Pour l'examen

Domaine longueur, optique et temps


Beat Imhof


Dr Rudolf Thalmann, chef de domaine