



Certificat de conformité No 116-03112

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Objet</i> | Appareil d'éclairage médical |
| <i>Type</i> | CHROM-NT, n° de série 12160051 / CH/100/NT Dimensions (L x l x h) : 1537 mm x 635 mm x 110 mm |
| <i>Alimentation</i> | Inclus dans le luminaire |
| <i>Requérant</i> | ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy |
| <i>Exigences</i> | Conformité à la norme internationale IEC 62471:2006 (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes) |
| <i>Confirmation</i> | Selon le rapport technique METAS 116-03110 du 18 novembre 2016, le luminaire d'éclairage CHROM-NT est classifié dans le « Groupe sans risque ». Il peut être considéré comme étant sûr en ce qui concerne les risques photobiologiques. Une lésion de la rétine par la lumière bleue émise est exclue. |
| <i>Date de l'examen</i> | 17.11.2016 |

3003 Bern-Wabern, le 18 novembre 2016

Pour l'examen

Domaine longueur, optique et temps


Beat Imhof


Dr Rudolf Thalmann, chef de domaine